


光伏發電的發電量情況的確認 M0028-C02

在測量現場能即可清楚掌握光伏發電的買賣電的情況，並確認發電情況。

要點

- 鉗形功率計 PW3360-31 可以同時測量買賣電的電能情況，並確認光伏發電的運行狀況。
- 測量功率調節器的輸出，可以看到電壓波動和頻率波動，可以用來檢查繼電器的運行情況。
- 鉗形功率計 PW3360-31 主機上能彩顯“需量圖”和“變化圖”，因此在現場就能簡單的確認光伏發電的運行情況。



其他

需要徹底進行電能品質調查的話，請使用電能品質分析儀 PQ3100、PQ3198。



電能質量分析儀
PQ3100



電能質量分析儀
PQ3198

使用儀器

鉗形功率計 PW3360-31 (僅主機，帶諧波功能)

鉗形傳感器 9661 (AC500A)

SD 卡 Z4001 (2GB)

攜帶包 C1005

資料查看軟體 SF1001

電能品質分析儀 PQ3100 (僅主機，標配 PC 應用軟體)

電能品質分析儀 PQ3198 (僅主機，標配 PC 應用軟體)

※記載的內容是根據 2019 年 3 月發行的儀器型號。可能在產品款式上有更改，請以現在發行的為準。