

辦公室照明測量 M0038-C02

用照度計來管理辦公室的照度環境。

要點

- 使用照度計 FT3424 來管理辦公室的照度環境。判定標準使用 JIS Z9110 照明基準總則。
- FT3424 符合 JIS C1609-12006 一般形式 AA 級。
- 作為節電措施，在安排電燈的距離間隔時，可用於環境維持和管理時的照度測量。
- FT3424 可以用於測量 LED 照明的照度。



使用儀器

照度計：FT3424

照度計 FT3425 (搭載 Bluetooth®無線技術)

輸出線：L9820

※ 記載的內容是根據 2017 年 10 月發行的儀器型號。產品參數可能會有更改，請以現在發行的為準。